

تونس في : 04/10/2023

رقم : 2023/34

منشور رسمي المستند الوحيد لأسعار الأدوية بالبلاد التونسية

- قرار سحب

*Par Décision du Ministère de la Santé N° 0001109-03040000-20-2023 du 03/10/2023,

Les produits suivants sont retirés du marché

Code Produit	Libellé Produit	Lot à retirer	Société	Motif
-	VALVE TRIFECTA™	Tous Les lots	ALPHA HEALTHCARE TUNISIA FABRICANT : ABBOT	« Retrait volontaire vu un risque potentiel de la détérioration structurelle de la valve (SVD) précoce »
-	VALVE TRIFECTA™ AVEC TECHNOLOGIE GLIDE™ (GT)			

Le retrait du commerce de ces lots doit se faire immédiatement et sans délai.

عن الرئيس المدير العام
للصيدلية المركزية التونسية

Pharmacie Centrale de Tunisie
Mme JAZIRI Samiia Kamilia
Pharmacien Responsable Technique